SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS:

Bom dia!

Por gentileza solicito um pedido de esclarecimento referente à licitação PE ITAL18/2026 - Processo nº 007.00029406/2026-24

Em relação ao item 22 - Poderá ser aceito ponteiras de 0,5 a 10ul?

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Atenciosamente,

RESPOSTA:

Prezados(as), boa tarde.

Sim, poderá, desde que compatíveis com micropipetas Eppendorf.

Atenciosamente,

Instituto de Tecnologia de Alimentos – ITAL